



**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN**  
**SAFETY INSPECTION & TRAINING JOIN STOCK COMPANY**  
ĐC: 14/24 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM  
VP: 362 (315 cũ) Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiên, H. Nhà Bè, Tp.HCM  
Email: sit\_jsc@kiemdinhhlat.vn Website: kiemdinhhlat.vn  
ĐT: 028. 3893 9887 ĐD: 0903 710 352

## GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATION OF CALIBRATION

Số (No): 00029.../KĐ.HLAT

Tên phương tiện đo/ *Measuring instrument* : ÁP KẾ  
Kiểu/ *Type* : Lò xo ống  
Số hiệu/ *Serian N<sup>o</sup>* : 003  
Nhà-chế tạo/ *Manufacturer* : Nhật Bản  
Năm sản xuất/ *Year* : Không rõ

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT/ *TECHNICAL SPECIFICATION*

+ Phạm vi đo của áp kế/ *Pressure meas* : 0 ÷ 600 kg/cm<sup>2</sup>  
+ Giá trị vạch chia/ *Division* : 10 kg/cm<sup>2</sup>  
+ Đạt cấp chính xác/ *Accuracy class* : 2,5

Đơn vị sử dụng/ *User*: CÔNG TY CP VẬN TẢI XÂY DỰNG NAM VIỆT

Nơi sử dụng/ *Place*: 4C Đường 25, P.Long Thạnh Mỹ, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

Phương pháp thực hiện/ *The Method Used* : ĐLVN 08:2011

Phương tiện kiểm định: Áp kế chuẩn số ĐL-A002 Cấp chính xác: 0,4

Means of verification: *Standard mamometer S/N* : ĐL- A002 Accuracy class: 0,4

Kết luận/ *Conclusion* : Đạt yêu cầu

Tem kiểm định / *Calibration Label* : 42995

Ngày kiểm định/ *Date of calibration* : 12/01/2023

Có giá trị đến/ *Valid until* : 12/01/2024

Tp.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2023

KIỂM ĐỊNH VIÊN

(Inspector)

CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH & HUẤN LUYỆN AN TOÀN  
**KIỂM ĐỊNH VIÊN**  
Số: 04-01/KĐV

GIÁM ĐỐC  
(Director)  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIỂM ĐỊNH VÀ  
HUẤN LUYỆN  
AN TOÀN  
Hoàng Thanh Tịnh