



**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN**  
**SAFETY INSPECTION & TRAINING JOIN STOCK COMPANY**  
ĐC: 14/24 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM  
VP: 362 (315 cũ) Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, Tp.HCM  
Email: sit\_jsc@kiemdinhhat.vn Website: kiemdinhhat.vn  
ĐT: 028. 3893 9887 DĐ: 0903 710 352

**GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH**  
**CERTIFICATION OF CALIBRATION**  
Số (No): 0003.1./KĐ.HLAT

Tên phương tiện đo/ *Measuring instrument* : ÁP KẾ  
Kiểu/ *Type* : Lò xo ống  
Số hiệu/ *Serial N<sup>o</sup>* : 008  
Nhà chế tạo/ *Manufacturer* : Nhật Bản  
Năm sản xuất/ *Year* : Không rõ

**ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT/ TECHNICAL SPECIFICATION**

+ Phạm vi đo của áp kế/ *Pressure meas* : 0 ÷ 600 kg/cm<sup>2</sup>  
+ Giá trị vạch chia/ *Division* : 10 kg/cm<sup>2</sup>  
+ Đạt cấp chính xác/ *Accuracy class* : 2,5

Đơn vị sử dụng/ *User*: CÔNG TY CP VẬN TẢI XÂY DỰNG NAM VIỆT

Nơi sử dụng/ *Place*: 4C Đường 25, P.Long Thạnh Mỹ, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

Phương pháp thực hiện/ *The Method Used* : ĐLVN 08:2011

Phương tiện kiểm định: Áp kế chuẩn số ĐL-A002 Cấp chính xác: 0,4

Means of verification: *Standard mamometer S/N* : ĐL- A002 Accuracy class: 0,4

Kết luận/ *Conclusion* : Đạt yêu cầu

Tem kiểm định / *Calibration Label* : 42997

Ngày kiểm định/ *Date of calibration* : 12/01/2023

Có giá trị đến/ *Valid until* : 12/01/2024

Tp.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2023

**KIỂM ĐỊNH VIÊN**

(Inspector)

**Kiểm Định & Hi**  
**KIỂM ĐỊNH VIÊN**  
Số: 04-31/KĐV

**GIAM ĐỐC**  
(Director)  
CÔNG  
CỐ PHẦN  
KIỂM ĐỊNH VÀ  
HUẤN LUYỆN  
AN TOÀN  
Hoàng Thanh Tịnh