



CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN
SAFETY INSPECTION & TRAINING JOIN STOCK COMPANY
ĐC: 14/24 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
VP: 362 (315 cũ) Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, Tp.HCM
Email: sit_jsc@kiemdinhhlta.vn Website: kiemdinhhlta.vn
ĐT: 028. 3893 9887 ĐD: 0903 710 352

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH
CERTIFICATION OF CALIBRATION
Số (No): 000.0.0../KĐ.HLAT

Tên phương tiện đo/ *Measuring instrument* : ÁP KẾ
Kiểu/ *Type* : Lò xo ống
Số hiệu/ *Serial N^o* : 007
Nhà-chế tạo/ *Manufacturer* : Nhật Bản
Năm sản xuất/ *Year* : Không rõ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT/ TECHNICAL SPECIFICATION

+ Phạm vi đo của áp kế/ *Pressure meas* : 0 ÷ 600 kg/cm²
+ Giá trị vạch chia/ *Division* : 10 kg/cm²
+ Đạt cấp chính xác/ *Accuracy class* : 2,5

Đơn vị sử dụng/ *User*: CÔNG TY CP VẬN TẢI XÂY DỰNG NAM VIỆT

Nơi sử dụng/ *Place*: 4C Đường 25, P.Long Thạnh Mỹ, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

Phương pháp thực hiện/ *The Method Used* : ĐLVN 08:2011

Phương tiện kiểm định: Áp kế chuẩn số ĐL-A002 Cấp chính xác: 0,4

Means of verification: *Standard mamometer S/N* : ĐL- A002 Accuracy class: 0,4

Kết luận/ *Conclusion* : Đạt yêu cầu

Tem kiểm định / *Calibration Label* : 42996..

Ngày kiểm định/ *Date of calibration* : 12/01/2023

Có giá trị đến/ *Valid until* : 12/01/2024

Tp.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2023

KIỂM ĐỊNH VIÊN

(Inspector)
C.ty CP Kiểm Định & HLA
KIỂM ĐỊNH VIÊN
Số: 04/31/KĐV

GIÁM ĐỐC
(Director)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIỂM ĐỊNH VÀ
HUẤN LUYỆN
AN TOÀN
Hoàng Thanh Tịnh